



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017

Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 78

Laboratório	A2	A11	A24	B13	B27	A23	A25	A32	A68	A69	B7	B37	B47	B48	B49	B51	B52	B53	B57	B58	B60	B61	B63	B81	A3	B38	B42	B44	B50	B59	B64	B65	CW18		
14																																			
27																																			
35																																			

Especificidades reportadas	A2	A11	A24	B13	B27	A23	A25	A32	A68	A69	B7	B37	B47	B48	B49	B51	B52	B53	B57	B58	B60	B61	B63	B81	A3	B38	B42	B44	B50	B59	B64	B65	CW18	
Nº de laboratórios	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.

Especificidade intermediária reportada pelos laboratórios participantes em 67%.

Especificidade reportada por um único laboratório participante.