



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 117

Laboratório	DR1	DR103	DR4	DR7	DR8	DR9	DR10	DR13	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR51	DR52	DR53	DQ2	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06	
20234157																											
20235278																											
20232303																											
20237501																											
20239151																											
20235037																											
20234859																											
20233519																											
20232948																											
20235073																											
20238941																											
20239524																											
20236026																											
20237979																											
20232893																											
20234672																											
20236465																											
20239390																											
20237396																											
20234995																											
20233191																											
20239228																											
20233344																											
20234655																											
20238919																											
20239224																											
20231525																											
20236980																											
20231474																											
20238816	Não reportou resultado																										
20238125																											
20235024																											
20233974																											
20239024																											
20231094																											
20233303																											
20235123																											
20239019																											
20234849																											

Especificidades reportadas	DR1	DR4	DR7	DR9	DR10	DR15	DR16	DR51	DR53	DR103	DR13	DR14	DR8	DR17	DR18	DQ6	DR52	DQ2	DQA1*05	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*06
Nº de laboratórios	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	36	29	20	19	14	8	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	95%	76%	53%	50%	37%	21%	5%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.										Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 21 e 76%.							Especificidades reportadas por um único laboratório.								

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	62,41	5,84	200
Bead CP (MFI)	10774,1	2151	18446,3
PRA (%)	88,73	28	100
Cutoff (MFI)	1393,79	526	1900