



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 128

[illegible]

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	53.03	8.72	118.00
Bead CP (MFI)	9418.67	157.52	14212.00
PRA (%)	63.31	44.00	84.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.

*Comentário: Resultados do soro 128 considerados como "Não classificados" pela comissão do Controle de Qualidade da ABHI por apresentarem prováveis reações falso positivas, gerando incoerências na interpretação dos testes envolvendo esta amostra.