



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 128

LABORATÓRIO	DR8	DR12	DR51	DQ4
20252210	Não reportou resultado			
20252810	REPORTADO COMO NEGATIVO			
20253197	REPORTADO COMO NEGATIVO			
20253562				
20254948	REPORTADO COMO NEGATIVO			
20257699	Não reportou resultado			
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO			
20258219	REPORTADO COMO NEGATIVO			
20259987	REPORTADO COMO NEGATIVO			

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DQ4	DR8	DR12	DR51
Nº de laboratórios	6	1	1	1	1
%	66.7%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	53.13	26.00	99.00
Bead CP (MFI)	9444.02	187.74	14987.00
PRA (%)	7.29	0.00	51.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.