



**CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada**  
**Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 129**

LABORATÓRIO	A1	A2	A68	A69	B49	B57	B58	B63
20252210	Não reportou resultado							
20252810								
20253197								
20253562								
20254948								
20257699	Não reportou resultado							
20257785								
20258219								
20259987								

Especificidades reportadas	A2	A68	A69	B57	A1	B49	B58	B63
Nº de laboratórios	6	4	2	2	1	1	1	1
%	85.7%	57.1%	28.6%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	44.27	9.61	95.00
Bead CP (MFI)	8678.97	162.81	13668.00
PRA (%)	43.67	29.00	56.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.