



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada  
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 129

| LABORATÓRIO |                         |
|-------------|-------------------------|
| 20252210    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20252810    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20253197    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20253562    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20254948    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20257699    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20257785    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20258219    | REPORTADO COMO NEGATIVO |
| 20259987    | REPORTADO COMO NEGATIVO |

| Especificidades reportadas | Resultado Negativo |
|----------------------------|--------------------|
| Nº de laboratórios         | 7                  |
| %                          | 77.8%              |

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

|               | Média   | Mínimo | Máximo   |
|---------------|---------|--------|----------|
| Bead CN (MFI) | 51.16   | 14.21  | 93.00    |
| Bead CP (MFI) | 8586.91 | 195.73 | 13142.00 |
| PRA (%)       | 0.00    | 0.00   | 0.00     |
| Cutoff (MFI)  | 1000.00 | 500.00 | 1500.00  |

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.