



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 130

LABORATÓRIO	A1	A23	A25	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A36	A74	B7	B8	B13	B37	B38	B39	B41	B42	B48	B49	B55	B67	B71	B73	B75	B77	B78	B81	CW5	CW7	CW17	CW18
20252210	Não reportou resultado																																
20252810																																	
20253197																																	
20253562																																	
20254948																																	
20257699	Não reportou resultado																																
20257785																																	
20258219																																	
20259987																																	

Especificidades reportadas	A30	A31	A29	A36	B39	CW7	A1	A23	A25	A32	A33	A34	A74	B7	B8	B13	B37	B38	B41	B42	B48	B49	B55	B67	B71	B73	B75	B77	B78	B81	CW5	CW17	CW18
Nº de laboratórios	7	7	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
%	100%	100%	57.1%	28.6%	28.6%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	64.93	1.85	200.00
Bead CP (MFI)	8558.90	165.55	14313.00
PRA (%)	32.01	9.00	68.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.