



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 131

LABORATÓRIO	A80	B8	B35	B50	B52	B62	B71	B72	B75	B77	B78
20252210	Não reportou resultado										
20252810	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20253197											
20253562											
20254948	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20257699	Não reportou resultado										
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20258219	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20259987	REPORTADO COMO NEGATIVO										

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	A80	B8	B35	B50	B52	B62	B71	B72	B75	B77	B78
Nº de laboratórios	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	55.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	81.51	18.34	187.00
Bead CP (MFI)	11063.43	167.02	20956.00
PRA (%)	2.00	0.00	12.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.