



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 132

LABORATÓRIO	DR11	DR12	DR13	DR14	DR51	DR52	DQ7	DQA1*05
20252210	Não reportou resultado							
20252810								
20253197	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20253562								
20254948								
20257699	Não reportou resultado							
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20258219	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20259987								

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DR12	DQ7	DQA1*05	DR11	DR13	DR14	DR51	DR52
Nº de laboratórios	3	4	2	1	1	1	1	1	1
%	33.3%	57.1%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	55.64	26.99	84.78
Bead CP (MFI)	8451.84	172.02	13809.00
PRA (%)	18.57	0.00	66.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.