



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 129

LABORATÓRIO	A1	A2	A11	A23	A24	A26	A30	A31	A68	A69	B7	B27	B48	B57	B58	B60	B61	B81
20251126																		
20251194																		
20251319																		
20251447																		
20252194																		
20252210																		
20252810																		
20253197																		
20253562																		
20253669																		
20253897																		
20254017																		
20254317																		
20254412																		
20254730																		
20254769																		
20254948																		
20254992																		
20255157																		
20255324																		
20255403																		
20255571																		
20255671																		
20255728																		
20255731																		
20255759																		
20255935																		
20256857																		
20257293																		
20257699																		
20257741																		
20257772																		
20257785																		
20258184																		
20258201																		
20258219																		
20258292																		
20258966																		
20259145																		
20259230																		
20259587																		
20259876																		
20259883																		
20259987																		

Especificidades reportadas	A2	A68	A69	B57	B58	A24	B60	A1	A11	A26	A30	A31	B7	B27	B81	A23	B48	B61
Nº de laboratórios	42	42	42	25	8	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
%	100%	100%	100%	59.5%	19.0%	9.5%	7.1%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	2.4%	2.4%	2.4%
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.			Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 4.8% e 59.5%.													Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.		

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	38.58	1.12	332.00
Bead CP (MFI)	11255.53	153.68	22583.00
PRA (%)	47.07	0.00	81.83
Cutoff (MFI)	1622.99	642.00	5000.00