



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 129

LABORATÓRIO	DQ2	DQ4	DQ7	DQA1*04	DQA1*05
20251126					
20251194	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20251319	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20251447	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20252194	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20252210	Não reportou resultado				
20252810	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20253197	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20253562	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20253669	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20253897	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254017	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254317	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254412	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254730	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254769	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254948	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20254992	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255157	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255324	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255403	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255571	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255671	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255728	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255731	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255759	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20255935	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20256857	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20257293	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20257699	Não reportou resultado				
20257741					
20257772	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20258184	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20258201	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20258219	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20258292	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20258966	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20259145	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20259230	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20259587	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20259876	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20259883	REPORTADO COMO NEGATIVO				
20259987	REPORTADO COMO NEGATIVO				

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DQ2	DQ4	DQ7	DQA1*04	DQA1*05
Nº de laboratórios	42	1	1	1	1	1
%	95.5%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
	Resultado consenso negativo	Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.				

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	49.43	2.11	352.00
Bead CP (MFI)	10541.08	73.66	21675.00
PRA (%)	1.72	0.00	56.00
Cutoff (MFI)	1597.74	30.00	5000.00