



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 130

LABORATÓRIO	DR12	DRS2	DQ2	DQ4	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06
20251126													
20251194													
20251319													
20251447													
20252194													
20252210													
20252810													
20253197													
20253562													
20253669													
20253897													
20254017													
20254317													
20254412													
20254730													
20254769													
20254948													
20254992													
20255157													
20255324													
20255403													
20255571													
20255671													
20255728													
20255731													
20255759													
20255935													
20256857													
20257293													
20257699													
20257741													
20257772													
20257785													
20258184													
20258201													
20258219													
20258292													
20258966													
20259145													
20259230													
20259587													
20259876													
20259883													
20259987													

Especificidades reportadas	DQ7	DQ8	DQ9	DQ4	DQ2	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*06	DQA1*05	DRS2	DQ6	DR12
Nº de laboratórios	42	42	42	41	40	22	22	22	20	19	19	1	1
%	100%	100%	100%	97.6%	95.2%	52.4%	52.4%	52.4%	47.6%	45.2%	45.2%	2.4%	2.4%
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.					Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 45.2% e 52.4%.						Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.		

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	111.35	4.12	430.00
Bead CP (MFI)	10046.75	203.11	20432.00
PRA (%)	74.24	0.00	98.00
Cutoff (MFI)	2250.86	1000.00	21127.56