



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 131

LABORATÓRIO	A24	A25	B27	B35	B51	B53	B63	B65	B78	CW6	CW7	CW9	CW10	CW14	CW15
20251126															
20251194	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20251319	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20251447	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20252194															
20252210	Não reportou resultado														
20252810	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20253197															
20253562															
20253669															
20253897	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20254017															
20254317	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20254412															
20254730	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20254769	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20254948	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20254992															
20255157															
20255324	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20255403	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20255571															
20255671	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20255728	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20255731															
20255759	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20255935	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20256857	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20257293															
20257699	Não reportou resultado														
20257741															
20257772	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20258184															
20258201															
20258219															
20258292															
20258966															
20259145															
20259230															
20259587															
20259876	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20259883	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20259987	REPORTADO COMO NEGATIVO														

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	CW9	CW10	CW14	B51	B78	CW15	B53	B27	CW7	CW6	A24	A25	B65	B35	B63
Nº de laboratórios	21	20	20	15	14	13	12	7	4	4	3	2	2	2	1	1
%	47.7%	47.6%	47.6%	35.7%	33.3%	31.0%	28.6%	16.7%	9.5%	9.5%	7.1%	4.8%	4.8%	4.8%	2.4%	2.4%
	Resultado consenso negativo	Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 4.8% e 47.6%.													Especificidad es discrepantes	

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	88.14	0.00	472.00
Bead CP (MFI)	12823.60	158.20	21874.00
PRA (%)	15.01	0.00	76.92
Cutoff (MFI)	1633.06	750.00	5000.00