



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 132

LABORATÓRIO	DR12	DQ2	DQ5	DQ6	DQ7	DQA1*03	DQA1*05	DP14
20251126								
20251194	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20251319	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20251447	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20252194	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20252210	Não reportou resultado							
20252810								
20253197								
20253562								
20253669	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20253897	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20254017								
20254317	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20254412								
20254730	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20254769								
20254948								
20254992								
20255157								
20255324	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20255403								
20255571								
20255671								
20255728	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20255731								
20255759	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20255935	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20256857	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20257293								
20257699	Não reportou resultado							
20257741								
20257772	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20258184								
20258201								
20258219								
20258292								
20258966								
20259145								
20259230								
20259587								
20259876								
20259883	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20259987								

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DQ5	DR12	DQ2	DQ6	DP14	DQ7	DQA1*03	DQA1*05
Nº de laboratórios	16	21	14	7	7	3	1	1	1
%	36.4%	50.0%	33.3%	16.7%	16.7%	7.1%	2.4%	2.4%	2.4%
		Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 7.1% e 50.0%.					Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.		

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	52.83	2.13	503.00
Bead CP (MFI)	12485.42	190.19	99053.91
PRA (%)	19.04	0.00	86.03
Cutoff (MFI)	1592.19	15.00	5000.00