



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 130

LABORATÓRIO	DR103	DR4	DR7	DR8	DR9	DR11	DR12	DR13	DR14	DR17	DR18	DR51	DR52	DR53	DQ2	DQ4	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06	DP11
20252210	Não reportou resultado																								
20252810																									
20253197																									
20253562																									
20254948																									
20257699	Não reportou resultado																								
20257785																									
20258219																									
20259987																									

Especificidades reportadas	DQ7	DQ8	DQ9	DR17	DR7	DR8	DR9	DR12	DR18	DR53	DQ4	DR52	DQ2	DR4	DR51	DQA1*05	DP11	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*06	DR11	DR13	DR14	DR103
Nº de laboratórios	7	7	7	6	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	85.7%	71.4%	71.4%	71.4%	71.4%	71.4%	71.4%	57.1%	57.1%	42.9%	42.9%	42.9%	28.6%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	120.62	2.17	421.00
Bead CP (MFI)	8343.06	200.65	15383.00
PRA (%)	87.06	82.00	98.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.