



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 2ª Rodada
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 136

LABORATÓRIO	
20252210	Não reportou resultado
20252810	REPORTADO COMO NEGATIVO
20253197	REPORTADO COMO NEGATIVO
20253562	REPORTADO COMO NEGATIVO
20254948	REPORTADO COMO NEGATIVO
20257699	Não reportou resultado
20257785	REPORTADO COMO NEGATIVO
20258219	REPORTADO COMO NEGATIVO
20259987	REPORTADO COMO NEGATIVO

Especificidades reportadas	Resultado Negativo
Nº de laboratórios	7
%	100%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	58.71	26.21	86.00
Bead CP (MFI)	11211.07	6680.00	16434.00
PRA (%)	0.00	0.00	0.00
Cutoff (MFI)	1000.00	500.00	1500.00

Amostra sem consenso: não houve a participação do número mínimo de dez laboratórios para a validação da amostra, conforme previsto na Carta de Instruções.